

**ПРОТОКОЛ ИТОГОВ №8**  
**закупа способом запроса ценовых предложений**

14.03.2022г.

г. Алматы

**Организатор** 990240003005 Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 11" Управление общественного здоровья города Алматы

**Юр. адрес организатора** 050014, Казахстан, г. Алматы, ул. Микрорайон АЙНАБУЛАК 3, д. 87

**Кол-во лотов в объявлении** 1

**Сумма закупки** 3 300 800,00 тенге

**Признаки** Без учета НДС

№	Наименование	Техническая характеристика	Объем закупы	Единица измерения	Срок и условия поставки	Сумма выделенная для закупы
1	Система для ОАЭ, КСВП, импедансометрии и аудиологического скрининга	Требования к комплектации: Тип прибора Портативный Коэффициент ослабления синфазной помехи на частоте 1000 Гц не менее 100 дБ Действующее значение напряжения внутренних шумов, приведенных ко входу при закороченном входе не более 0,35 мкВ Максимальное количество измеряемых частот по методике ЭЧПИ не менее 12 Зондирующий сигнал форма чистого тона с частотой 226 и 1000 Гц Уровень звукового давления зондирующего сигнала не более 90 дБ УЗД Диапазон измеряемого эквивалентного объема от 0,2 до 8,0 мл Диапазон изменения относительного давления от минус 600 до плюс 400 даПа Возможность обработки результатов пробы на компьютере Наличие ЖК-дисплей с поддержкой касания Наличие Время автономной работы Не менее 8 часов Питание Li-Ion аккумулятор Комплект поставки Электронный блок прибора 1 шт. Память Micro SD 1 шт. Блок питания БПМ-9 1 шт. Адаптер USB-Bluetooth 1шт. Кабель сетевой SCZ-1, 3x0.75, 220в. прямой (чёрный) 1 шт. Зонд для регистрации отоакустической эмиссии ОАЭ-	1	Комплект	В течение 15 календарных дней с момента подписания договора на адрес Заказчика «КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» УОЗ г.Алматы, мкр.Айнабулак-3, ул.Жумабаева,87»	3 300 800,00

		<p>04-2 (разъем Binder) 1 шт.</p> <p>Съемный наконечник зонда 3 шт.</p> <p>Комплект вкладышей ушных «детский» (диаметром от 3 до 12 мм) 1 комп.</p> <p>Съемник наконечника зонда Наличие</p> <p>Тестовая полость Наличие</p> <p>Зубная нить Oral-B Superfloss (50 нитей) 1 шт.</p> <p>Руководство по эксплуатации 1 шт.</p> <p>Методические указания "Зонды ОАЭ-02, ОАЭ-03, ОАЭ-04, зонд системы "аСкрин". Дезинфекция, предстерилизационная очистка, стерилизация" 1 шт.</p> <p>Программное обеспечение для обмена данными с персональным компьютером Наличие</p> <p>Сумка для переноски Наличие</p> <p>Ложемент Наличие</p> <p>Лицензия на использование программы для ЭВМ 1 шт.</p> <p>Лицензия на использование программы для ЭВМ менеджер" 1 шт.</p> <p>Дополнительные условия Инструктаж медицинского персонала Наличие</p> <p>Регистрационное удостоверение Наличие</p> <p>Класс потенциального риска 2а</p> <p>Автоматический анализ результатов есть</p> <p>Индикация качества установки зонда есть</p> <p>Число обследований, сохраняемых в памяти прибора при исследовании Не менее 10000</p> <p>Время работы прибора при использовании аккумулятора Не менее 10 часов</p> <p>Дисплей Цветной 4,3" с разрешением 272×480</p> <p>Связь с компьютером Bluetooth</p> <p>Напряжение питания от внешнего блока питания 9 В</p> <p>Рабочие части тип BF</p> <p>Класс защиты от поражения электрическим током I</p> <p>Габаритные размеры электронного блока (197×84×26) ± 2 мм</p> <p>Масса прибора и составных частей не более: блок электронный - 0,44 кг;</p> <p>Комплект ПК: Системный</p>				
--	--	---	--	--	--	--

	<p>блок, монитор, принтер, УПС, клавиатура, мышь</p> <p>Персональный компьютер, удовлетворяющий стандартным требованиям установленной операционной системы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Процессор Intel Core Duo с тактовой частотой 1,8 ГГц и выше</li> <li>● Оперативная память: рекомендуется 2 Гб</li> <li>● Монитор: 17 дюймов и более, разрешение 1280 x 1024 и выше</li> <li>● Свободное место на диске: 1 Гб для установки программы и 1 Гб и более для хранения обследований.</li> <li>● 2 USB-порта для подключения прибора и Bluetooth адаптера</li> <li>● наличие CD-ROM.</li> <li>● Мощность UPS не менее Аудио 600 VA</li> </ul> <p>Цена указана с учетом доставки и инсталляций</p> <p>Гарантия 37 месяцев</p>				
--	--	--	--	--	--

Место поставки – КГП на ПХВ "Городская поликлиника № 11" УОЗ г. Алматы.

В ответ на приглашение к участию в закупках способом запроса ценовых предложений до истечения окончательного срока представил только один потенциальный поставщик: ТОО Qazmed.kz. Документы, содержащиеся в конверте, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям потенциального поставщика и документы представлены в соответствии с пунктом 102 Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» и соответствуют приложению 1.


Организатор закупок по результатам данных закупок способом запроса ценовых предложений РЕШИЛ: признать закупку по приобретению «Система для ОАЭ, КСВП, импедансометрии и аудиологического скрининга» для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2022 год способом запроса ценовых предложений состоявшимся;

- 1) экономия бюджетных средств от закупок по приобретению изделий медицинского назначения на 2022 год – 8 800,00 тенге;
- 2) заключить договор и закупить «Система для ОАЭ, КСВП, импедансометрии и аудиологического скрининга» у ТОО Qazmed.kz ценовое предложение которого явилось наименьшим, согласно приложению 2.

Председатель комиссии:  Амурказинова А.Т. (зам. главного врача по ЛЧ)

Члены комиссии:



 Нургазина Г. (и.о гл. мед. сестра)

 Болекбаева Б. (мед. сестра ВОП)