

990240003005 Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 11" Управление общественного здоровья города Алматы

Юр. адрес организатора	050014, Казахстан, г. Алматы, ул. Микрорайон АЙНАБУЛАК 3, д. 87
Кол-во лотов в объявлении	1
Сумма закупки	2 520 000,00 тенге
Признаки	без учета

Объявляет

о проведении закупа способом запроса ценовых предложений №1 на 2022 год по адресу: г.Алматы, Жетысуский район, мкр.Айнабулак-3, ул.Жумабаева,87

Окончательный срок подачи ценовых предложений: 10:00 «05» января 2022г.

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: «05» января 2022г., в 12 ч:00 мин, 2 этаж, каб.№259 КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» УОЗ г.Алматы

№	Наименование	Техническая характеристика	Объем закупа	Единица измерения	Срок и условия поставки	Сумма выделенная для закупа
1	Система для ОАЭ, КСВП, импедансометрии и аудиологического скрининга	Требования к комплектации: Основной блок - 1 шт. блок для импедансометрии - 1 шт. Карта памяти - 1 шт. Блок питания - 1 шт. Адаптер Bluetooth - 1 шт. Кабель сетевой - 1 шт. Кабель для подключения электродов - 1 шт. Зонд для регистрации - 1 шт. Наконечник к зонду - 1 шт. Съемник наконечника зонда - 1 шт. Кабель для подключения одноразового электрода с коннектором «шлангитор», touch-proof, зеленый - 1 шт. Кабель для подключения одноразового электрода с коннектором «шлангитор», touch-proof, красный - 1 шт. Ремешок наушерный - 1 шт. Программное обеспечение «Аудио-СМАРТ» без дополнительных модулей, с модулем «Аудио-СМАРТ/АСВП», с модулем «Аудио-СМАРТ/ГИМП» - 1 шт. Программное обеспечение «Нейро-Аудио-Скрин менеджер» - 1 шт. Сумка для переноски - 1 шт. Ложемент - 1 шт. Дополнительные комплектующие: Подставка - 1 шт. Слуховой стимулятор «TDH-39» односторонний - 1 шт. Переходник к телефонам аудиометрическим - 1 шт. Слуховой стимулятор (аудиометрические наушники) «TDH-39» - 1 шт. Телефоны аудиометрические внутриушные в составе: блок аудиометрического телефона	1	Комплект	В течение 15 календарных дней с момента подписания договора на адрес Заказчика «КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» УОЗ г.Алматы, мкр.Айнабулак-3, ул.Жумабаева,87»	2 520 000,00

(2 шт.), вкладыши ушные одноразовые (размер А, 50 шт.), вкладыши ушные одноразовые (размер В, 10 шт.), вкладыши ушные одноразовые (размер С, 4 шт.), шумогод (2 шт.), клипсы на липучке (2 шт.), ремень для фиксации (1 шт.), двойной кабель (1 шт.) - 1 шт. Полость тестовая «ТН-0,2» - 1 шт. Полость тестовая «ТН-0,5» - 1 шт. Полость тестовая «ТН-1» - 1 шт. Полость тестовая «ТН-2» - 1 шт. Полость тестовая «ТН-5» - 1 шт. Полость тестовая «ТН-8» - 1 шт. Комплект вкладышей ушных «детский» - 1 шт. Комплект вкладышей ушных к аудиометрическим телефонам - 1 шт. Кабель для подключения электродов - 1 шт. Электрод ВП чашечковый с кабелем отведения «ЭВП», зеленый, 1 м - 1 шт. Электрод ВП чашечковый с кабелем отведения «ЭВП» красный, 1 м - 1 шт. Электрод ВП чашечковый с кабелем отведения «ЭВП» черный 1 м) - 1 шт. Паста электродная контактная «Унипаста», 120г - 1 шт. Паста обрашивания Even, 160г - 1 шт. Принтер к электронному блоку - 1 шт. Портативный компьютер - 1 шт. Принтер - 1 шт. Монитор - 1 шт. Программное обеспечение «Аудио-СМАРТ» с модулем «Аудио-СМАРТ/КСВП», с модулем «Аудио-СМАРТ/АР», с модулем «Аудио-СМАРТ/ФСТ» - 1 шт. Системный блок "Элегантный", "Элитный", "Функциональный" - 1 шт.

Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

Комплект вкладышей ушных «детский» - 1 шт. Комплект вкладышей ушных «универсальный» - 1 шт. Электрод одноразовый в упаковке Г3001 - 1 шт. Полость тестовая - 1 шт. Зубная нить для чистки насечечника зонда - 1 шт.

Требования к условиям эксплуатации: Температура и влажность эксплуатации 0 - 40°C, 10 ~ 70%. Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц:

Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.

Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:

- измену отработавших ресурс составных частей;
- замену или восстановление отдельных частей медицинской техники;
- настройку и регулировку медицинской техники, специфические для данной медицинской техники работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости разборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окислений с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники со составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.

Условия поставки: по графику заказчика